

SU BANYOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın çalışma sıcaklığı 30 °C ile 95 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır.
3. Cihaz sıcaklığı set değerleri 0,1 °C artışlar ile ayarlanabilmelidir.
4. Cihazın banyo hacmi 25 litre olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık stabilitesi 37 °C'de 0,2 K olmalıdır.
6. Cihazın ısıtma gücü 1 kW olmalıdır.
7. Cihazın iç gövdesi ve kapağı tamamen birinci kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
8. Cihazın banyo ölçüleri 50,5x30 / 20 cm olmalıdır (Banyo açıklığı / derinlik)
9. Cihaz ekranı Led ekran olacak ve sıcaklık ayarlama işlemi ve set işlemi 3 düğme ile yapılacaktır.
10. Cihazla birlikte paslanmaz çelik kapak verilecektir.
11. Cihazın kapağı açıldığında, açık kalması istenilen yerde sabitlenebilecek fonksiyona sahip olacaktır.
12. Cihazı ithal eden firmanın TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
13. Cihazı ithal eden firmanın Laboratuvar Cihazları Satışı ve Teknik Servis Hizmetlerini kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi Belgesi olmalıdır.
14. Teklif veren firma Teklif ettiği markaya ait üretici firmanın Türkiye Distribütörü olduğuna ait distribütörlük Belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır.
15. Teklif veren firmanın TS12446 uygun teklif ettiği markaya ait Teknik Servis Hizmet Yeterlilik belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır.
16. Teklif veren firmalar teklif ettikleri marka ve modele ait şartnamede geçen özellikleri orijinal katalog üzerinde cevap vereceklerdir ayrıca teknik şartnameye madde uygunluklarını teklifle birlikte sunmalıdırlar