



T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
AR-GE VE ANALİZ MERKEZ LABORATUVARLARI
YÜ-AGAM

YÜ-AGAM GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0754-T
GKL16000202
01-16

Rapor No : GKL16000202
Numuneyi Gönderen : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ
Teklif No : GKL160084-00-ŞEK
Analizin Başlama ve Bitiş tarihi : 21/01/2016 , 25/01/2016
Numune Kabul Tarihi : 21/01/2016
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Elden , 15 °C
Numune Türü : Mevsim Salata
Ambalaj : Steril Poşet
Üretim ve SKT :
Seri / Lot : -
Miktar : 313 gr
Üretici Firma / Marka : /

25/01/2016

Sıra No	Analiz	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Analiz Sonuçları	Limit Değer	Değerlendirme
1	E.coli Sayımı (TS EN ISO 16649-2) (***)	-	-	-	TS EN ISO 16649-2	Tespit Edilemedi	1*10 ¹ >	UYGUN
2	Listeria monocytogenes Aranması (TS EN ISO 11290-1) (***)	-	-	-	TS EN ISO 11290-1	Tespit Edilemedi	0 >	UYGUN
3	Salmonella Spp. (ISO 6579) (***)	-	-	-	TS EN ISO 6579	Tespit Edilemedi	0 >	UYGUN
4	Staf. Enteretoksin (VIDAS) (***)	-	-	-	VIDAS SET	Tespit Edilemedi	0 >	UYGUN

Sonuçlar, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği esas alınarak değerlendirilmiştir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not 1. Bu Analiz raporu Adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

Not 2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

Not 3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

Not 4. (*) İşaretli analizde laboratuvarımız TÜRKAK'tan akreditedir..

Not 5. (***) İşaretli analizde laboratuvarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yetkilidir.

Not 6. (***) İşaretli analizde laboratuvarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.

Leyla TARIHAN

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Ersin Berkoan ÇAKAR

Gıda Mühendisi

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu

Tasdik Olunur

25/01/2016

Sibel ŞİMŞEK YAZICI

Kimya Mühendisi

Laboratuvarlar Grup Müdürü

